

Tips en tricks bij-aanvragen Cyberlab



De snelste manier om een bij-aanvraag te doen is door de analyses zelf via Cyberlab in te geven in het order. Deze worden dan onmiddellijk doorgestuurd naar de toestellen en de resultaten zullen snel beschikbaar zijn.

Echter, mogen wij u vragen om extra aandacht te besteden om voor bij-aanvragen GEEN nieuw order te maken maar deze bij-aanvragen op het juiste order te doen?

Indien u analyses op een foutief order toevoegt zullen deze niet uitgevoerd worden totdat de laborant dit oppikt op de werklijst. Deze wordt echter niet continu gemonitord en het kan dus een paar uur duren vooraleer dit rechtgezet wordt.


Vaak heeft een patiënt opeenvolgende orders, maar niet ieder order beschikt over het geschikte staaltipe voor de analyse die u wenst toe te voegen. Gelieve even te kijken of er reeds analyses op hetzelfde staaltipe als nodig is voor uw bij-aanvraag in het order aanwezig is.

Als u via *Cyberlab resultaten* gaat dan kan u over de Erlenmeyer hooveren en dan ziet u welke analyses er reeds in dat order zitten. Op basis daarvan kan u zien of er bijvoorbeeld effectief bloedstalen beschikbaar zijn of niet.




Bij deze orders kan u dus geen analyses bijvragen die op een bloedstaal dienen uitgevoerd te worden. Kijk naar een volgend order maar hou de afnamedatum ook in het oog. Kies geen te oud order!

Maar ook als er een bloedstaal beschikbaar is, is het belangrijk te kijken of het wel degelijk het geschikte staaltype is.



Alleen serum


Hier kan u geen hematologische analyses bijvragen.




Alleen EDTA

Hier kan u alleen hematologische analyses bijvragen.

Als u via *Cyberlab order opvolging* gaat is het duidelijker zichtbaar welke staaltypes er in het order beschikbaar zijn. Ook de kleurcode geeft u interessante informatie.



Hierbij is in de aanvraag alleen Hemoglobine gevraagd en men verwacht dus alleen een EDTA tube. De **rode** kleur wil zeggen dat dit nog af te nemen is. Indien de dienst niet met een papieren aanvraagformulier werkt kan u hierbij nog testen bijvragen die op een ander staaltipe dienen te gebeuren. Indien de dienst wel nog met papieren aanvraagformulieren werkt kan u ook een bij-aanvraag doen maar dient u een nieuw papier af te drukken en aan de dienst te bezorgen!



Een **groene** kleur wil zeggen dat de stalen reeds afgenomen zijn en dan kan u analyses toevoegen die op de beschikbare stalen uitgevoerd dienen te worden.

Een **blauwe** kleur wil zeggen dat het order geannuleerd is en hier kan je dus geen bij-aanvraag op doen.