



DOSISAEROSOL MET VOORZETKAMER

1 TECHNIEK

- 1 Neem een rechthoudende houding aan.
- 2 Neem het dopje van het mondstuk van de dosisaërosol.
- 3 Schud de dosisaërosol krachtig gedurende enkele seconden.
- 4 Sluit de dosisaërosol aan op de voorzetskamer.
- 5 Neem het mondstuk van de voorzetskamer in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 6 Buig het hoofd licht achterover.
- 7 Adem rustig en volledig uit en stop met ademen.
- 8 Verstuif één puf in de voorzetskamer.
- 9 Adem nu pas langzaam en diep in (binnen de 10 seconden na het verstuiven van de puf).
- 10 Houd de adem 5 à 10 seconden in.
- 11 Adem rustig uit door de mond.
- 12 Adem nog 4 tot 5 maal rustig in en uit door de voorzetskamer.
- 13 Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot 12.
- 14 Verwijder de dosisaërosol en plaats het dopje terug op het mondstuk van de inhalator.
- 15 Spoel de mond met water (niet inslikken).



2 AANBEVELINGEN

- Als de dosisaërosol nieuw is of als deze gedurende twee weken of meer niet gebruikt werd, verstuif dan eerst twee dosissen in de lucht.
- Bewaar de dosisaërosol en de voorzetskamer op een droge en koele plaats.
- De dosisaërosol is leeg indien er zichtbaar niets meer vrijkomt bij het verstuiven in de lucht of tegen een spiegel.

3 EERSTE GEBRUIK/REINIGING

- 1 Haal de verschillende onderdelen van de voorzetkamer uit elkaar.



- 2 Leg de onderdelen in een kom met water en een scheut afwasmiddel. Zorg ervoor dat de onderdelen volledig ondergedompeld zijn.



- 3 Laat de onderdelen, ondergedompeld, weken gedurende 30 minuten.



- 4 Haal de onderdelen uit de kom. Schud de inhalatiekamer om overtollig zeepsop te verwijderen, vooral ter hoogte van de klep.



- 5 Laat de onderdelen drogen op een zuivere doek gedurende minstens 6 uur.
(best 's avonds na de laatste inhalatie)
NIET afspoelen!!
NIET afdrogen met een doek!!
- 6 Plaats de droge onderdelen opnieuw in elkaar.

Herhaal deze procedure éénmaal per week en bij het eerste gebruik van een nieuwe voorzetkamer.