

Patiënteninformatie

# Laag-vacuümdrainage systeem

## Inhoud

Inleiding .....	3
Omschrijving en doel van de behandeling.....	3
Controle van laag-vacuümdrainage.....	3
De hoeveelheid wondvocht.....	3
Leegmaken van het peertje in het opvangzakje.....	3
De controle op het vacuüm.....	5
Wondobservatie en wondzorg .....	5
Verloop na de behandeling .....	5
Tot slot.....	6
Wie contacteren bij vragen of problemen? .....	6
Persoonlijke notities / vragen .....	7

## Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over een laag-vacuümdrainagesysteem, een type wonddrain. U leest hierin meer over de wonddrain zelf en nazorg ervan. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.

## Omschrijving en doel van de behandeling

U onderging een ingreep met het achterlaten van een laag-vacuümdrainagesysteem. Het bestaat uit een drain (afvoerbuisje) en een peertje waarmee men een lage zuigkracht ('vacuüm') kan uitoefenen. Een dagelijkse controle van dit systeem is nodig zolang de drainage nog aanwezig is.

## Controle van laag-vacuümdrainage

### De hoeveelheid wondvocht

Het wondvocht komt via de drain in het peertje terecht. In het begin kan er nog veel wondvocht zijn en dient men meermaals per dag het peertje leeg te maken in het opvangzakje. De totale hoeveelheid wondvocht per 24u kunt u aflezen op het opvangzakje. De thuisverpleging zal dit opvangzakje (meestal 's morgens) leeg maken en de hoeveelheid wondvocht (per 24u) noteren in de tabel in deze brochure.

### Leegmaken van het peertje in het opvangzakje

1. Was grondig uw handen voor de start van de verzorging.
2. Zet het klemmetje tussen het peertje en het opvangzakje open.
3. Ledig het peertje door erop te knijpen, het wondvocht stroomt nu verder in het opvangzakje.
4. Houd het peertje dichtgeknepen en sluit het klemmetje opnieuw zodat deze vacuüm (platgeknepen) blijft.
5. Het drainagesysteem is nu terug functioneel. (Doe dit zeker voor de nacht.)



## De controle op het vacuüm

Indien het peertje bol staat, is er geen zuigkracht meer (het vacuüm is weg) en kan het systeem niet meer goed draineren. Het peertje dient meteen te worden leeggemaakt, cfr. bovenstaande punt - het leegmaken van het peertje.

## Wondobservatie en wondzorg

De huid moet goed geobserveerd worden. Indien de wondomgeving abnormaal rood, warm, pijnlijk of gezwollen is, kan dit duiden op een ontsteking van de wonde.

Reinig het insteekpunt van de huid rond de drain met fysiologische oplossing en verwijder eventuele korstjes. Breng daarna een absorberend verband aan rond de drain. Zowel het reinigingsmiddel als het verband zullen u worden voorgeschreven door uw behandelende arts. Enkel bij infectie dient het insteekpunt ontsmet te worden met iso-Bethadine dermicum (zo geen allergie).

## Verloop na de behandeling

Bij ontslag krijgt u:

- een afspraak op de polikliniek
- een voorschrift voor thuisverpleging
- een voorschrift voor de apotheek (kompresen, verbandje en eventueel ontsmettingsmiddel)
- een brief voor de huisarts

Indien er minder dan 30 à 40 ml wondvocht per dag afvloeit, verwijdert de chirurg de drain tijdens de raadpleging. Dit kan eventueel ook gebeuren bij de huisarts in overleg met de chirurg.

## Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij het wondzorgteam. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop van het laag-vacuümdrainagesysteem.

## Wie contacteren bij vragen of problemen?

Indien u nog vragen heeft over deze behandeling, kunt u zich wenden tot:

Secretariaat heelkunde

- Campus Sint-Elisabeth 014 40 61 85
- Campus Sint-Jozef 014 44 44 35



## **AZ Turnhout vzw**

[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)  
[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](http://www.facebook.com/azturnhout)



### **Campus Sint-Jozef**

Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



### **Campus Sint-Elisabeth**

Rubensstraat 166  
2300 Turnhout  
014 40 60 11